

Hải Dương, ngày 07 tháng 7 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện quân y 7 Cục Hậu cần Quân khu 3 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua mới bóng phát tia X-Quang tương thích máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát Model: Access CT tại Bệnh viện quân y 7 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện quân y 7 Cục Hậu cần Quân khu 3. Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Hoàng Văn Đạt - Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Khoa Trang bị
 - Số điện thoại: 0915102966 – Gmail: hoidongmuasambvqy7@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp báo giá tại Khoa Trang bị Bệnh viện quân y 7 Cục Hậu cần Quân khu 3. Số 12 Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
 - Nhận qua gmail: hoidongmuasambvqy7@gmail.com.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ: 8h ngày 11 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h ngày 24 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá 120 ngày kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Bóng phát tia X-Quang tương thích máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát Model: Access CT tại Bệnh viện quân y 7.

TT	Tên trang bị	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Bóng phát tia X-Quang tương thích máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát: Model: Access CT Thông số kỹ thuật bóng phát tia X-Quang gồm: <ul style="list-style-type: none">- Là loại bóng anode quay với cỡ nhiệt lớn.- Điện áp bóng: $\geq 150KV$- Anode quay- Bộ xả nhiệt công suất $\geq 6.3kW$ (8.8kHU/giây).- Bộ lọc tia:- Cấp cao áp tiêu chuẩn:	Bóng	01	

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện quân y 7 Cục Hậu cần Quân khu 3. Địa chỉ: Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không
5. Các thông tin khác(nếu có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TB. Đ03b.



Thượng tá Hoàng Văn Lý



Kính gửi: Bệnh viện Quân y 7 – Cục Hậu cần Quân Khu 3

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Quân y 7 – Cục Hậu cần Quân Khu 3, chúng tôi:.....[Tên nhà cung cấp] báo giá bóng phát tia X-Quang tương thích máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát Model: Access CT tại Bệnh viện quân y 7 như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan.

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1										
2										
Tổng cộng										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: 120 ngày kể từ ngày tháng năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo cáo là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày....tháng.... năm 2024

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu(nếu có))