

Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Quân y 7 Cục Hậu cần Kỹ Thuật Quân khu 3 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế cho khoa Sản nhi năm 2026 của Bệnh viện Quân y 7 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Quân y 7
Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Thành Đông, Tp. Hải Phòng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Hoàng Văn Đạt - Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Khoa Trang bị
 - Số điện thoại: 0915102966 – Gmail: hoidongmuasambvqy7@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp báo giá tại Khoa Trang bị Bệnh viện Quân y 7. Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Thành Đông, Tp. Hải Phòng
 - Nhận qua gmail: hoidongmuasambvqy7@gmail.com.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ: 8h ngày 15 tháng 4 năm 2026 đến trước 17h ngày 25 tháng 4 Năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá 150 ngày kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2026.


II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Nội dung yêu cầu báo giá như sau:

TT	Danh mục thiết bị	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Máy monitor theo dõi tim thai	cái	01	
2	Lồng ấp sơ sinh	cái	01	
3	Bàn đỡ đẻ	cái	02	
4	Bồn tắm bé Inox	cái	01	
5	Máy hút đờm rãi	cái	02	

(Thông số kỹ thuật chi tiết có phụ lục kèm theo)

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Quân y 7.

3. Địa chỉ: Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Thành Đông, Tp. Hải Phòng.
4. Thời gian hoàn thành dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không
6. Các thông tin khác(nếu có) 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TB. Đ03b.



Đại tá Hoàng Văn Lý

Mẫu báo giá

Kính gửi: Bệnh viện Quân y 7

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Quân y 7, chúng tôi:.....[Tên nhà cung cấp] báo giá các mặt hàng trong gói thầu như sau:

1. Bảng chào giá thiết bị.

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Thông số kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1										
2										
Tổng cộng										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: 150 ngày kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo cáo là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày....tháng.... năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu(nếu có))

PHỤ LỤC I:
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT GÓI THẦU: MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ CHO KHOA SẢN NHI NĂM 2026 CỦA BỆNH VIỆN QUÂN Y

7.

TT	Danh mục thiết bị	ĐVT	Số lượng
1	Máy monitor theo dõi tim thai I. THÔNG TIN CHUNG Máy mới 100%, sản xuất từ 2025 trở đi Nước sản xuất: Châu Á II. CẤU HÌNH CUNG CẤP Máy chính: 01 cái Đầu dò tim thai: 02 chiếc; Đầu dò cơn co: 01 chiếc; Nút bấm đánh dấu: 01 cái; Giấy in: 02 cuộn; Dây và cục nguồn: 01 bộ Gel siêu âm: 01 lọ; Đai thắt: 03 cái ; Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ Tiếng anh + Tiếng Việt III. TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Màn hình cảm ứng TFT rộng ≥ 07 inch Phương pháp ghi: Giấy in nhiệt, dạng cuộn Liên kết ngoài: LAN, Wi-Fi, USB Kết nối: LAN, USB Memory, Wi-Fi. Tín hiệu đầu vào nhịp tim của thai nhi: <ul style="list-style-type: none"> • Doppler xung siêu âm • Tần số siêu âm: 1.0MHz, 975 KHz. • Công suất siêu âm < 10 mW/Cm² • Phương pháp dò phát hiện FHR: Tự động tương quan • Phạm vi FHR: 50 ~ 210 BPM • Khoảng FHR : 50 ~120 bpm • Độ chính xác FHR : ± 1 bpm Nguồn đầu vào co bóp tử cung: Đầu dò bên ngoài Đo chuyển động thai nhi: Nguồn phát hiện : Đo siêu âm nhịp doppler, đánh dấu sự kiện (event marker) Lưu trữ dữ liệu Lưu trữ trong 72 giờ Phân tích CTG tự động: Kết quả phân tích CTG được in ra 10 phút một lần	cái	01
2	Lồng ấp sơ sinh	cái	01



	<p>I.THÔNG TIN CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau Nước sản xuất: Châu Âu, Châu Á</p> <p>II. CẤU HÌNH CUNG CẤP Lồng chính kèm xe đẩy có bánh xe di chuyển có khóa: 01 bộ Giường cho bệnh nhân: 01 cái Tủ có ngăn kéo: 02 cái Khay đựng phim X quang: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh-Việt):01 bộ</p> <p>III. TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Lồng áp có vách đôi trong suốt bằng vật liệu không vỡ, dễ tháo lắp để vệ sinh Có các lỗ lắp màng thích hợp đưa ống và dây cáp được sử dụng trong điều trị truyền dịch tĩnh mạch, dẫn lưu, ống thở và dây theo dõi. Nệm có thể giặt được. Màn hình đồ họa LCD hiển thị nhiệt độ không khí và da, hiển thị giá trị oxy và độ ẩm Hệ thống điều khiển vi xử lý các chức năng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Điều chỉnh nhiệt độ da và không khí tự động. • Kiểm soát trực quan nhiệt độ cài đặt và điều chỉnh bằng màn hình hiển thị phát sáng. • Hệ thống chẩn đoán tự động bằng điều khiển kiểm tra. • Hệ thống báo động • Oxy và độ ẩm • Hai chỉ số nhiệt độ da • Xu hướng đồ thị <p>Hệ thống cảnh báo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nhiệt độ cao (tự động dừng ở 38°/40°) • Chênh lệch so với giá trị cài đặt • Gián đoạn lưu thông không khí • Gián đoạn đầu dò da • Gián đoạn môi trường đầu dò • Nồng độ oxy cao và thấp • Mất điện • Cảm biến an toàn bỏ sung • Chênh lệch nhiệt độ da +/- 0,5° so với giá trị cài đặt • Biến đổi nhiệt độ nhanh • Mức nước tối thiểu 		
3	Bàn đỡ đế	cái	02
	<p>I.THÔNG TIN CHUNG Bàn mới 100%, sản xuất từ 2025 trở đi</p> <p>II. CẤU HÌNH CUNG CẤP Giường đỡ đế: 01 cái(có đệm) Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Có nâng hạ tự động</p>		



Handwritten signature or mark in blue ink.

	Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ Tiếng anh + Tiếng Việt		
4	Bồn tắm bé Inox	cái	01
	<p>I. THÔNG TIN CHUNG Sản phẩm mới 100%, sản xuất từ 2025 trở đi Nước sản xuất: Châu Á</p> <p>II. CẤU HÌNH CUNG CẤP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống vòi sử dụng Inox 304 dạng mềm, có 2 chế độ xả nước: chụm và toả to rộng: 01 - Hệ thống công tắc đầu gối: 02 - Đèn hồng ngoại: 01 - Đèn tuyết dạng nét: 01 - Gương soi : 01 - Chậu tắm Galaxy chống bám bẩn kích thước: Dài 700 x Rộng 450 x Sâu 210mm : 01 cái - Đồng hồ hiển thị nhiệt độ nước tắm: 01 - Đồng hồ âm nhiệt kế môi trường: 01 - Đệm lót mặt: 02 - Hệ thống lọc thô: 01 - Hệ thống lọc tinh: 01 - Hệ thống tiệt trùng - Đèn UV: 01 - Bơm tăng áp: 01 - Hệ thống nước nóng: 01 <p>Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ Tiếng anh + Tiếng Việt</p>		
5	Máy hút đờm đờm rãi	cái	02
	<p>I. THÔNG TIN CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất từ 2025 trở đi Nước sản xuất: Châu Âu, Châu Á</p> <p>II. CẤU HÌNH CUNG CẤP</p> <p>Máy chính: 01 cái</p> <p>01 Bộ phụ kiện bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bình chứa dịch chất lỏng có hệ thống van chống tràn: 2000mL: 01 Chiếc - Ống silicon 6x10mm (có thể hấp tiệt trùng): 01 Chiếc - Ống bệnh nhân 140cm : 01 Chiếc - Đầu nối hình nón: 01 Chiếc - Bộ lọc kháng khuẩn & ky nước (dành cho một bệnh nhân): 01 Bộ - Ống thông CH20 : 01 Chiếc - Dây nguồn có phích cắm Schuko: 01 Chiếc - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ Tiếng anh + Tiếng Việt 		

