

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Quân y 7 Cục Hậu cần Kỹ Thuật Quân khu 3 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm giường cấp cứu đa năng, Hệ thống Monitor trung tâm 8 máy cho khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Quân y 7 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Quân y 7

Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Thành Đông, Tp. Hải Phòng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Hoàng Văn Đạt - Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Khoa Trang bị
- Số điện thoại: 0915102966 – Gmail: khoatrangbiv7@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp báo giá tại Khoa Trang bị Bệnh viện Quân y 7. Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Thành Đông, Tp. Hải Phòng
- Nhận qua gmail: khoatrangbiv7@gmail.com

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ: 8h ngày 22 tháng 7 năm 2026 đến trước 17h ngày 09 tháng 8 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá 90 ngày kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Nội dung yêu cầu báo giá như sau:

Chi tiết tại phụ lục đính kèm

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Quân y 7.
3. Địa chỉ: Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Thành Đông, Tp. Hải Phòng.
4. Thời gian hoàn thành dự kiến: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không
6. Các thông tin khác(nếu có) 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TB. Đ03b.

GIÁM ĐỐC**Đại tá Hoàng Văn Lý**

Mẫu báo giá

Kính gửi: Bệnh viện Quân y 7

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Quân y 7, chúng tôi:.....[Tên nhà cung cấp] báo giá các mặt hàng trong gói thầu như sau:

1. Bảng chào giá dịch vụ.

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: 90 ngày kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo cáo là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày....tháng.... năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu(nếu có))

PHỤ LỤC I: DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Gói thầu: Mua sắm giường cấp cứu đa năng, Hệ thống Monitor trung tâm 8 máy cho khoa Hồi sức tích cực của

Bệnh viện Quân y 7

(Kèm theo Thư mời báo giá của Bệnh viện Quân y 7 ngày 28/7/2026)

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng mời
1	Giường bệnh nhân đa chức năng	Cấu hình thiết bị: -Khung giường tích hợp motors: 01 bộ -Đệm chính hãng: 01 cái -Tấm đầu giường và chân giường: 01 bộ -Tay vịn: 01 bộ -Bảng điều khiển cho bệnh nhân: 01 bộ -Bộ điều khiển tích hợp với bảng điều khiển y tá: 01 bộ -Đèn cảnh báo độ cao an toàn và đèn ngủ: 01 bộ -Cọc truyền huyết thanh: 01 cái -Ăc quy: 01 cái -Phụ kiện tiêu chuẩn: 4 bánh xe, móc treo túi đựng nước tiểu và các phụ kiện khác đồng bộ để sản phẩm có thể hoạt động ngay sau khi lắp đặt. Tải trọng tối đa: ≥250kg Đạt tiêu chuẩn: ISO13485	Bộ	07

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật chi tiết	Đơn vị tính	Số lượng mời
1	HỆ THỐNG MONITOR TRUNG TÂM	1.Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm: 01 máy bao gồm: -Phần mềm: 01 bộ -USB Interface Sentinel 01 chiếc -Bộ máy tính để bàn (PC) kèm màn hình 01 bộ -Máy in laser đen trắng (mua tại Việt Nam)01 chiếc 2.Máy theo dõi bệnh nhân cạnh giường: ≥ 08 máy bao gồm: -Máy chính màn hình màu chạm TFT LCD độ phân giải cao ≥12 inch, theo dõi 5 thông số nhịp thở, ECG, Huyết áp không xâm lấn, SpO2, nhiệt độ (2 kênh): 01 máy -Máy ghi nhiệt (tích hợp): 1 chiếc -Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: • Đầu dò nhiệt độ qua da:01 chiếc • Cảm biến SpO2 dành cho người lớn sử dụng nhiều lần: 01 chiếc • Bao đo huyết áp người lớn: 01 chiếc • Dây đo huyết áp với công kết nối: 01 chiếc • Dây cáp ECG: 01 chiếc • Dây nguồn:01 chiếc • Điện cực dùng cho người lớn dùng một lần, (30 chiếc / gói): 01 gói • Pin Li-ion sạc: 01 chiếc -Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ISO 13485:2016	HT	01
Tổng: 02 mặt hàng				