

Hải Phòng, ngày 07 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Quân y 7 Cục Hậu cần Kỹ Thuật Quân khu 3 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm hệ thống CT Scanner 256 lát cắt và hệ thống chụp mạch DSA của Bệnh viện Quân y 7 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Quân y 7
Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Thành Đông, Tp. Hải Phòng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Hoàng Văn Đạt - Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Khoa Trang bị
 - Số điện thoại: 0915102966 – Gmail: hoidongmuasambvqy7@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp báo giá tại Khoa Trang bị Bệnh viện Quân y 7 Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 3. Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Thành Đông, Tp. Hải Phòng
 - Nhận qua gmail: hoidongmuasambvqy7@gmail.com.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ: 8h ngày 18 tháng 10 năm 2025 đến trước 17h ngày 18 tháng 10 Năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá 150 ngày kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Nội dung yêu cầu báo giá như sau:

STT	YÊU CẦU CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHI TIẾT CHO TỐI THIỂU	Số lượng
Phần I	YÊU CẦU CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHI TIẾT CHO TỐI THIỂU 01 HỆ THỐNG CHỤP CT ≥ 256 LÁT CẮT	01 Hệ thống
A	YÊU CẦU CHUNG	
	Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau	
	Tiêu chuẩn chất lượng: Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Sản phẩm đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng: CE, FDA, CFS	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ	

STT	YÊU CẦU CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHI TIẾT CHO TỐI THIỂU	Số lượng
B	YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU PHẢI CÓ	
I	Hệ thống phần cứng máy chính bao gồm:	
1.	01 Khung máy	
2.	01 Hệ thống đầu thu	
3.	01 Bộ phát cao thế	
4.	01 Bộ Bóng X-Quang	
5.	01 Bàn bệnh nhận	
6.	01 Trạm điều khiển và xử lý ảnh	
7.	01 Bộ Camera	
8.	01 Trạm làm việc cao cấp chuyên cho CT	
9.	01 Hệ thống hỗ trợ thủ thuật can thiệp với CT	
10.	Thiết bị phụ trợ (Mua tại Việt Nam) - 01 UPS online $\geq 6\text{kVA}$ - 01 Hệ thống đàm thoại bệnh nhân hai chiều - 01 Phantom và giá đỡ phantom cân chỉnh máy - 01 Hệ thống định vị bệnh nhân - 01 Bộ kết nối mạng nội bộ (Switch) - 01 Bộ theo dõi điện tim tích hợp ứng dụng chụp CT mạch vành tim - 01 Bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng - 01 Máy in phim khô - 01 Bơm tiêm thuốc cản quang tự động 2 nòng	
II	Phần mềm của hệ thống(Bao gồm tối thiểu 05 ứng dụng như sau:)	
	Các ứng dụng tái tạo ảnh cơ bản	
	Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia	
	Các ứng dụng lâm sàng, xử lý ảnh cơ bản	
	Chức năng lập kế hoạch bơm thuốc tự động	
	Chuẩn kết nối DICOM, kết nối tới hệ thống PACS	
	Phần mềm/ chức năng chẩn đoán hồng và sửa máy từ xa	
Phân	HỆ THỐNG CHỤP MẠCH SỐ HÓA XÓA NỀN HAI BÌNH	01 Hệ thống

STT	YÊU CẦU CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHI TIẾT CHO TỐI THIỂU	Số lượng
II	DIỆN (DSA)	
A.	THÔNG TIN CHUNG	
	Thiết bị mới 100%	
	Sản xuất từ năm 2024 trở về sau	
B.	CẤU HÌNH CUNG CẤP	
I.	Phần cứng hệ thống	
1.	Cánh tay C-arm gắn sàn: 01 bộ	
2.	Cánh tay C-arm treo trần: 01 bộ	
3.	Bàn bệnh nhân: 01 bộ	
4.	Tủ điện cao thế 01 cái	
5.	Bóng phát tia X quang kèm bộ chuẩn trực gắn sàn: 01 bộ	
6.	Bóng phát tia X quang kèm bộ chuẩn trực treo trần: 01 bộ	
7.	Đầu thu kỹ thuật số: 02 bộ	
8.	Hệ thống màn hình hiển thị: 01 hệ thống	
9.	Hệ thống điều khiển thiết bị: 01 hệ thống	
10.	Hệ thống điều khiển, tái tạo và xử lý hình ảnh: 01 hệ thống	
11.	Hệ thống đo và tính toán các tham số huyết động học: 01 hệ thống	
II.	Các phần mềm hỗ trợ can thiệp	
	- Chuyên dụng, cung cấp đồng bộ, để chạy các phần mềm tái tạo ảnh can thiệp	
	- Tích hợp giao thức DICOM, kết nối tới hệ thống PACS	
III.	Các thiết bị phụ trợ kèm theo hệ thống	
	Bộ dụng cụ hỗ trợ can thiệp (bộ đỡ đầu, bộ đỡ tay thấu xạ): 01 bộ	
	Bộ nội đàm 01 cái	
	Đèn mổ treo trần: 01 bộ	
	Đệm cho bàn bệnh nhân: 01 bộ	
	Phantom cân chỉnh máy: 01 bộ	
	Tấm chắn tia treo trần để bảo vệ phía trên cho bác sĩ : 01 bộ	
	Tấm chắn tia gắn bàn để bảo vệ phía dưới cho bác sĩ: 01 bộ	
	Bộ dây đai định vị bệnh nhân : 01 bộ	

STT	YÊU CẦU CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHI TIẾT CHO TỐI THIỂU	Số lượng
	Bộ đỡ vai, đỡ đầu: 01 bộ	
	Bộ lọc tia cho can thiệp mạch máu ngoại vi: 01 bộ	
	Cọc truyền dịch: 01 cái	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ	
	- Các thiết bị phụ kiện khác:	
	+ Bơm tiêm thuốc can quang chuyên dụng cho DSA: 01 bộ.	
	+ Bộ lưu điện UPS online 3 pha ≥ 120 kVA: 01 bộ.	
	+ Bộ dụng cụ chỉ: áo chỉ, kính chỉ đeo mắt: 05 bộ.	
	+ Đèn cảnh báo phát tia: 01 bộ.	

Nhà thầu phải chào đầy đủ cấu hình, phần mềm, phụ kiện và thông số kỹ thuật của thiết bị (Trong đó, Nhà thầu cần chào rõ phần cấu hình tối thiểu phải có để đảm bảo thiết bị hoạt động được ngay sau khi lắp đặt). Nhà thầu nộp kèm giấy phép bán hàng, giấy uỷ quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Quân y 7 Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 3.
3. Địa chỉ: Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Thành Đông, Tp. Hải Phòng.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không
6. Các thông tin khác (nếu có) 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TB. Đ03b.

GIÁM ĐỐC



Đại tá Hoàng Văn Lý

Mẫu báo giá

Kính gửi: Bệnh viện Quân y 7

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Quân y 7, chúng tôi:.....[Tên nhà cung cấp] báo giá các mặt hàng trong gói thầu như sau:

1. Bảng chào giá.

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Khối lượng mời báo giá	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền	Quyết định trúng thầu trong vòng 12 tháng

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: 150 ngày kể từ ngày tháng 10 năm 2025.
3. Chúng tôi cam kết:
 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo cáo là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày....tháng.... năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu(nếu có))