

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Quân y 7 Cục Hậu cần Kỹ Thuật Quân khu 3 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu  
Gói thầu: Mua sắm bóng phát tia X dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát của model: Access CT năm 2025 của Bệnh viện Quân y 7 với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Quân y 7  
Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Thành Đông, Tp. Hải Phòng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Hoàng Văn Đạt - Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Khoa Trang bị
  - Số điện thoại: 0915102966 – Gmail: hoidongmuasambvqy7@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp báo giá tại Khoa Trang bị Bệnh viện Quân y 7 Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 3. Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Thành Đông, Tp. Hải Phòng
  - Nhận qua gmail: hoidongmuasambvqy7@gmail.com.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ: 8h ngày 28 tháng 7. năm 2025 đến trước 17h ngày 02 tháng 8. Năm 2025.  
Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá 60 ngày kể từ ngày 02 tháng 8. năm 2025.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Nội dung yêu cầu báo giá như sau:

| STT | Tên hàng hóa                                         | ĐVT | Thông số kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Số lượng |
|-----|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Bóng phát tia X dùng cho máy chụp CT Scanner 16 lát. | Cái | Bóng phát tia X dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát model: Access CT.<br>Thông số kỹ thuật bóng phát tia X: <ul style="list-style-type: none"><li>- Là loại bóng anode quay với trữ nhiệt lớn. Trữ nhiệt lớn nhất của Anode: <math>\geq 5\text{HMU}</math> (3.7MJ)</li><li>- Điện áp hoạt động thông thường của bóng: <math>\geq 150\text{KV}</math></li><li>- Bộ xả nhiệt công suất <math>\geq 6.3\text{kW}</math> (8.8kHU/giây).</li></ul> | 01       |

|                |  |                         |  |
|----------------|--|-------------------------|--|
|                |  | - Bộ lọc tia:           |  |
|                |  | -Cấp cao áp tiêu chuẩn: |  |
| Tổng: 01 khoản |  |                         |  |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Quân y 7 Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 3.
3. Địa chỉ: Số 12 đường Tuệ Tĩnh, phường Thành Đông, Tp. Hải Phòng.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không
6. Các thông tin khác(nếu có) *Dur*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TB. Đ03b.

**GIÁM ĐỐC****Đã ký Hoàng Văn Lý**

### Mẫu báo giá

Kính gửi: Bệnh viện Quân y 7

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Quân y 7, chúng tôi:.....[ Tên nhà cung cấp] báo giá các mặt hàng trong gói thầu như sau:

1. Bảng chào giá.

| STT | Danh mục | Thông số kỹ thuật | Khối lượng mời báo giá | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |
|-----|----------|-------------------|------------------------|-------------|---------|------------|
|     |          |                   |                        |             |         |            |
|     |          |                   |                        |             |         |            |
|     |          |                   |                        |             |         |            |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: 60 ngày kể từ ngày      tháng      năm 2025.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo cáo là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày....tháng.... năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu(nếu có))